



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 13312/1

Срок действия до 29 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г. Подольск, Московская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 13480-02

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.338-2002

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года - для ТП с номинальной статической характеристикой преобразования;
1 год - для ТП с индивидуальной статической характеристикой преобразования

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. № 898

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



12 2012 г.

Серия СИ

№ 007177

Срок действия до 05 октября 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 октября 2017 г. № 2114**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

"06" 10 2017 г.