



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.32.004.А № 54745

Срок действия до 04 марта 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА-12, ТХК-12

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г. Подольск, Московская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 57047-14

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
ВШКЛ.405221.003 ДЗ - для ТХА-12 с ИСХ;
ГОСТ 8.338-2002 - для остальных преобразователей

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04 марта 2019 г. № 400

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 04 " 03 2019 г.

Серия СИ

№ 034988