



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 47825

Срок действия до 24 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Преобразователи термоэлектрические ТВР, ТПП, ТПР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г.Подольск, Московская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50956-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ 8.338-2002; МИ 1745-87

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ для преобразователей типа ТВР -  
первичная поверка при вводе в эксплуатацию;  
для преобразователей типов ТПП, ТПР - 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2012 г. № 650

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

" 11.09 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006287

**Срок действия до 11 августа 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **11 августа 2017 г. № 1721**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

" 18 " 08 ..... 2017 г.